



“ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ”

സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്

പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം-691574

ടെലഫോൺ: ആഫീസ്-0474 257 2574, ഫാക്സ്: 0474-2572579 ടെലഗ്രാഫ്: പ്രിൻസിപ്പാൾ: 0474-2572572

ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ: smckollam@gmail.com ഡയറക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ: store.smckollam@gmail.com

നമ്പർ.സി/1637/2024/ജി.എം.സി. കൊല്ലം

തീയതി. 27/09/2024

ദർഘാസ് പരസ്യം

കൊല്ലം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്കായി ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വീതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കൊല്ലം - 691

574 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പർ	സാധനങ്ങളുടെ പേര്	എണ്ണം	ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്	അടങ്കൽ തുക	ടീപ്പ്രെ ലേവ്	ദർഘാസ്		ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി	ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതി
							ഫോറത്തിന്റെ വില	മുദ്ര			
1	01/2024	നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഇപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ആക്സസറികൾ	വിവിധം (ലിസ്റ്റ്)	ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം	₹ 2,49,710/-	1%	590	295	28/10/2024 3 മണി	29/10/2024 2.30 മണി	29/10/2024 3 മണി

ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവർ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (രൂപ.50/-) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്തതുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 17/10/2024 നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ഭിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രിൻസിപ്പാളിനുവേണ്ടി

Notice Board
GMC HD KL

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE KOLLAM
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
ANNUAL INDENT - 2024 - 25
ACCESSORIES for Existing Medical Equipment

SL NO	ITEM NAME	SPECIFICATION	UNIT	QTY
1	BP Apparatus Cuff	Spare Non-latex Bag Adult 18cm x 50cm, The inflating rubber bag should be capable of withstanding an internal pressure of 300 mmHg without leaking.	Nos	200
2	BP Apparatus Cuff Peadiatric	Spare Non-latex Bag 14cmx21cm, The inflating rubber bag should be capable	Nos	20
3	BP Apparatus Inflator with Air Releasing Valve	Rubber Bulb With Valve, Made out of heavy duty latex, seamless smooth and easy to	Nos	100
4	BP Apparatus Glass rod Elcometer unit	Made of Borosilicate glass material, Flawless, accurate measurement, clear scale	Nos	40
5	BP Apparatus Glass rod Diamond unit	Made of Borosilicate glass material, Flawless, accurate measurement, clear scale	Nos	40
6	BP Apparatus metal hinges (Set of 2)	High quality metal/plastic	Set	100
7	BP Apparatus rubber tube jointer	High quality PVC connector	Nos	50
8	BP Apparatus washer set	Rubber washer with 2mm diameter	Set	50
9	BP Apparatus With Velcro Cover	High quality cotton cover with velcro	Nos	80

10	O2 Cell for Ventilator	Should be an electrogalvanic Oxygen sensor/Cell to monitor Fraction of inspired Oxygen in inasive/non invasive Ventilator.	Nos	16
11	Connection Tubes of Ventilator	4mm -16mm Legris pu tube	meter	7
12	Key Plug for O2,Din Type	BS Type Connector	Nos	20
13	NIBP Cuff (Large) for Multiparameter Monitor	Compatible with Philips, Mindray, Comen, Schiller. BPL, Space Lab Patient	Nos	100
14	Digital BP apparatus cuff	Compatible cuff made of Nylon or Polyester material and bladder is made of latex having length of 22-32 cm	Nos	79